

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO</b> , bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
<b>Místo podnikání</b> (u fyzických osob):			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo</b> (u právnických osob):			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
Vizovice	Razov 472	763 12	577686111
<b>Obchodní název lihoviny:</b>	<b>Kategorie lihoviny:</b>	<b>Číslo šarže/datum výroby:</b>	
Moravská malina (RLMMA)	lihovina	L02.07.13 - L25.04.13	
<b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:</b>	<b>Množství ks spotřebitelského balení:</b>	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b>	
Viz níže	39 992,00	11 043,200	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Jiří Koňářík	<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 577686148	
<b>Datum:</b> 18.1.2013 - 2.7.2013	<b>Otisk razítka:</b> RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	<b>Podpis:</b> 	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
MORAVSKÁ MALINA 40% 0,5L	24 768,00	40,0	0,500	4 953,600	L25.04.13
MORAVSKÁ MALINA 40% 1L	7 256,00	40,0	1,000	2 902,400	L02.07.13
MORAVSKÁ MALINA 40% 1L	7 968,00	40,0	1,000	3 187,200	L18.01.13
	39 992,00			11 043,200	

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 28002	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 32 323,- laa	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 12/2012/2161	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,55	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 11	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo protokolu: 6314/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 13.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 11.01.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973	Podpis: 	



Počet stránek: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6314/12

výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havličkova 140  
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1209/12  
místo odběru: neuvedeno  
datum odběru: 11.12.12  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 11.12.12  
datum analýzy: 11.12.2012 - 12.12.2012  
pořadí č.vzorku: 15797  
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
15797 Lih vz. 161/49/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

### Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 55 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

### Výsledky:

Parametr	jednotka	15797
methanol *	mg/l	11
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,55

\* - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.


EMPLA AG spol. s r.o. ©  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO 22816240 DIČ CZ22816240  
Tel: 495 218 875

V Hradci Králové 13.12.2012  
Zpracoval: Ing. J. Čepová

Ing. Stanislav Emlinger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

č. 7/28.09.2012

**1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky**

<b>Provozovatel potravinářského podniku</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO:</b> FR75508659000	
MAISON RENE LACLIE			
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSC:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Cognac, Francie	<b>Ulice/č.p.:</b> 23 Place Jean Monnet	<b>PSC:</b> 161 00	<b>Tel.:</b>
<b>Druh lihu/kategorie destilátu:</b> Vinný destilát	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 24 560 l.a.	<b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b> T1079-11	
<b>Země původu lihu, destilátu:</b> Francie	<b>Dodavatel:</b> MAISON RENE LACLIE		
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu (v % objemových):</b> 46,3	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> 1 120	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> < 50	
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b> 53709/2012	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	<b>Datum vystavení:</b> 29.9.2012	
<b>Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Jiří Koňarik	<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 602 877 166	
<b>Datum:</b> 29.9.2012	<b>Otisk razítka:</b>  RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE IČ: CZ49971361, IČ: 49971361	<b>Podpis:</b> 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53709/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29452  
Příjem vzorku : 27.9.2012 13:30  
Vyšetření vzorku : 27.9.2012 - 27.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV 21200204

Vzorek číslo :	91294	Čas odběru :	neuveдено
Datum odběru :	27.9.2012		
Název vzorku :	Vinný destilát T - 1079		
Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuveдено		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a text T-1079.		

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	1120	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	46,3	% obj.	A	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Odborná stanoviska a interpretace:

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy (Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2, bod 4 - vinný destilát, limit 2000 mg methanolu/l 100% ethanolu) dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů. Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)  
<sup>(3)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota


Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 27.9.2012

RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



# Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) IČ:  
Tereos TTD, a.s. 16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200

Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	PSC:	IČ:
RUDOLF JELÍNEK a.s.	Razov 472, Vizovice	763 12	49971361

Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:
Liň kvasný rafinovaný velejemný neutrální	29 917,00
	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
	2/40/2013 29.3.2013

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení  
– formou úředního překladu do českého jazyka

Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,33	méně než 3,0	méně než 3,0

Identifikační číslo Protokolu: 440	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 3.4.2013
---------------------------------------	---	------------------------------

Odpovědná osoba výrobce:	Tel.:
Jméno a příjmení: Ing. Markéta Křížová	+ 420 581 753 220
E-mail: jakost@lhovar.com	Podpis:

Datum: 15.4.2013	Otisk razítka: lhovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741
---------------------	--



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 440

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
 Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
 Vzorky odebral: majitel  
 Datum přijetí zakázky : 29.3.13  
 Datum vyřízení protokolu: 3.4.13  
 Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

### IDENTIFIKACE VZORKU

<b>Č.vzorku</b>	<b>Datum odběru</b>	<b>Zkoušená položka, poznámka</b>
440	28.3.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96,2%, č.šarže 2/40/2013, množství 360 000 la

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýza	440	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,33	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledek: U - rozšířena nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



**Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA**  
ředitel SVÚ

**Ing. Alena Šimáková**  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

E 1119 /01.10.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)

Tereos TTD, a.s.

IC: 16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec:

Ulice/č.p.:

PSČ:

Tel.:

Kojetín

Padlých hrdinů 927/865

752 33

+420 581 753 200

Odhěratel lihu:

Obec, ulice/č.p.:

PSČ:

IC:

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Razov 472, Vizovice

763 12

49971361

Druh lihu/druh destilátu:

Množství v litrech 100% etanolu:

Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:

Lih kvasný rafinovaný vaječným neutrální

29 884,00

4/39/2013

28.5.2013

**Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení**

– formou úředního překladu do českého jazyka

Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,26	méně než 3,0	méně než 3,0
Identifikační číslo Protokolu: 864	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 30.5.2013

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení:

E-mail:

Tereos TTD, a.s.

SE

Tel.:

Ing. Markéta Krížová

lakost@lhovar.com

lhovar kojetin, Pánský náměstí 927/865

+420 581 753 220

Datum:

Číslo razítka:

IC: 16193741, DIC: CZ16193741

Podpis:

20.6.2013

Zapovědné GRU: Mateřská škola v Praze  
oddíl B, vozík 625



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 864

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

**Zadavatel:** Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
**Majitel :** Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
**Vzorky odebral:** majitel  
**Datum přijetí zakázky :** 28.5.13  
**Datum vyřízení protokolu:** 30.5.13  
**Vyřizuje:** Ing. Alena Šimáková

### IDENTIFIKACE VZORKU

**Č.vzorku** 864    **Datum odběru** 28.5.13    **Zkoušená položka, poznámka**  
Lih kvasný rafinovaný veřejný neutrální, nádrž č. 39,  
č.š. 4/39/2013, množství 360 000 la

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	864	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,29	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

**Výsledek:** U - rozšířená nejistota stanovení s procentech získání s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

**Prohlášení:** Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



**Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA**  
ředitel SVU

**Ing. Alena Šimáková**  
vedoucí oddělení cizorodých látek