

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO , bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577686111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Hruškovice williams (RLHRW)	Ovocný destilát	L09.01.13 - L070114	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
Viz níže	122 396,00	27 346,536	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 577686148	
Datum: 9.1.2013 - 7.1.2014	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42%T 0,7L BUDÍK	5 604,00	42,0	0,700	1 647,576	L09.01.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	1 604,00	42,0	0,200	134,736	L08.01.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK DÁREK	210,00	42,0	0,200	17,640	L14.01.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	1 650,00	42,0	0,200	138,600	L14.01.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS - SET	128,00	42,0	2,100	112,896	L21.12..12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	8 034,00	42,0	0,700	2 361,996	L05.02.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK SKL	5 916,00	42,0	0,700	1 739,304	L04.02.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42%T 0,7L BUDÍK	9 396,00	42,0	0,700	2 762,424	L06.03.13
HRUŠKOVICE 42% 0,05L BUDÍČEK FOLIE	2 016,00	42,0	0,050	42,336	L12.03.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,05L BUDÍČEK	4 320,00	42,0	0,050	90,720	L12.03.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS - SET	64,00	42,0	2,100	56,448	L05.02.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42%T 0,7L BUDÍK	3 942,00	42,0	0,700	1 158,948	L17.05.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42%T 0,7L BUDÍK	5 592,00	42,0	0,700	1 644,048	L27.05.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	1 228,00	42,0	0,200	103,152	L24.05.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS - SET	192,00	42,0	2,100	169,344	L27.05.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	2 004,00	42,0	0,700	589,176	L27.05.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	8 052,00	42,0	0,700	2 367,288	L17.07.13
PEAR WILLIAMS 40% 0,7L	1 200,00	40,0	0,700	336,000	L22.07.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42%T 0,7L BUDÍK	7 620,00	42,0	0,700	2 240,280	L07.08.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	1 044,00	42,0	0,200	87,696	L06.08.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK DÁREK	2 940,00	42,0	0,200	246,960	L06.08.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,5L RESORT	40,00	42,0	0,500	8,400	L15.08.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,05L BUDÍČEK	3 612,00	42,0	0,050	75,852	L22.08.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,5L BUDÍK	6 904,00	42,0	0,500	1 449,840	L02.09.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	2 424,00	42,0	0,200	203,616	L19.09.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42%T 0,7L BUDÍK	8 208,00	42,0	0,700	2 413,152	L30.09.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 3L BUDÍK	90,00	42,0	3,000	113,400	L05.11.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 3L BUDÍK	90,00	42,0	3,000	113,400	L08.11.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	1 848,00	42,0	0,200	155,232	L12.11.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,5L BUDÍK	1 440,00	42,0	0,500	302,400	L27.11.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,5L BUDÍK	960,00	42,0	0,500	201,600	L27.11.2013
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,5L BUDÍK	1 968,00	42,0	0,500	413,280	L28.11.13
HRUŠKOVICE 42% 0,05L BUDÍČEK FOLIE	4 608,00	42,0	0,050	96,768	L02.12.2013
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,05L BUDÍČEK	2 340,00	42,0	0,050	49,140	L02.12.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	6 612,00	42,0	0,700	1 943,928	L18.12.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,5L BUDÍK	656,00	42,0	0,500	137,760	L14.11.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	200,00	42,0	0,200	16,800	L19.12.13
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,5L BUDÍK	7 640,00	42,0	0,500	1 604,400	L070114
	122 396,00			27 346,536	

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Obchodní název lihoviny: viz. níže	Kategorie lihoviny: ovocný destilát	Číslo šarže/datum výroby: L 24.01.12 - L 21.12.12/24.1.2012-21.12.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz. níže	Množství ks spotřebitelského balení: 57 912	Množství v litrech 100% etanolu: 12 416,0	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
21.12.2012			

[illegible]

--

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 76.006.183-2	
R. JELINEK L.A.-S.A.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Quillión, Chile	Ulice/č.p.: Camino a Nueva Aldea km 8	PSČ:	Tel.: 602 725 196
Druh lihu/kategorie destilátu: Ovocný destilát - hruškovice	Množství v litrech 100% etanolu: 17 650 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: N4/12	
Země původu lihu, destilátu: Chile	Dodavatel: R. JELINEK L.A.-S.A.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových): 70,3	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 8 580	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 60360/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 29.10.2012	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Petr Marek	E-mail: marek@rjelinek.cz	Tel.: 00569 823 88 56	
Datum: 29.10.2012	Otisk razítka: R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 60360/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 32262
Příjem vzorku : 23.10.2012 9:00
Vyšetření vzorku : 23.10.2012 - 29.10.2012
Číslo jednací : ZU/32737/2012
Číslo spisu : S-ZU/32737/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200230

Vzorek číslo :	100001	Čas odběru :	neuvedeno
Datum odběru :	neuvedeno		
Název vzorku :	Hruškovice wiliams 70,4% N4		
Množství vzorku :	0,5 l		
Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvedeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	8580	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	70,3	% obj.	-	N	SOP OV 108 ^s	-

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9, ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **dodrženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Chocová Jana
Počet stran: 2
Dne: 29.10.2012

RNDr. Vladimír Sázal
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz



č.

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		ICO: 76.006.183-2	
R. JELINEK L.A.-S.A.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Quillón, Chile	Ulice/č.p.: Camino a Nueva Aldea km 8	PSC:	Tel.: 602 725 196
Druh lihu/kategorie destilátu: Ovocný destilát - hruškovice williams	Množství v litrech 100% etanolu: 17 040 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: N3	
Země původu lihu, destilátu: Chile	Dodavatel: R. JELINEK L.A.-S.A.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových): 70,7	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 10 300	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 57838/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 16.10.2012	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Petr Marek	E-mail: marek@rjelinek.cz	Tel.: 00569 823 88 56	
Datum: 17.10.2012	Otisk razítka: R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 57838/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 31028
Přijem vzorku : 12.10.2012 8:10
Vyšetření vzorku : 12.10.2012 - 16.10.2012
Číslo jednací : ZU/31636/2012
Číslo spisu : S-ZU/31636/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200222

Vzorek číslo : 96362
Datum odběru : 12.10.2012 **Čas odběru :** neuvedeno
Název vzorku : Hruškovice Williams N - 3, cca 70,7 %
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	10300	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	70,7	% obj.	N	SOP OV 108 ^s	±± 0,7%
ethylkarbamát	0.12	mg/l	A	SOP OV 339.01 ^s	±20%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.

Protokol vyhotovil: Tichá Eva

Počet stran: 1

Dne: 16.10.2012



RNDr. Vladimír Sázal

zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

č.

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 76.006.183-2	
R. JELINEK L.A.-S.A.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Quillión, Chile	Ulice/č.p.: Camino a Nueva Aldea km 8	PSČ:	Tel.: 602 725 196
Druh lihu/kategorie destilátu: Ovocný destilát - hruškovice	Množství v litrech 100% etanolu: 18 050 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 62762+62768 V/2013	
Země původu lihu, destilátu: Chile	Dodavatel: R. JELINEK L.A.-S.A.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových): 72,1	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 7 730	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 32570/2013	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 20.06.2013	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Ing. Martin Déva	E-mail: deva@rjelinek.cz	Tel.: 00569 823 88 56	
Datum: 22.06.2013	Otisk razítka: R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 32570/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 18588
Přijem vzorku : 5.6.2013 7:45
Vyšetření vzorku : 5.6.2013 - 10.6.2013
Číslo jednací : ZU/16762/2013
Číslo spisu : S-ZU/16762/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300197

Vzorek číslo : 55409
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Williams destilát 62762 + 62768 V/2013 72% obj. alk.
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	7730	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	72,1	% obj.	A	SOP OV 108 ^s	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
(^s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Chocová Jana
Počet stran: 1
Dne: 20.6.2013




Protokol č. 32570/2013

RNDr. Vladimír Sázal
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

č.

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 76.006.183-2	
R. JELINEK L.A.-S.A.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Quillión, Chile	Ulice/č.p.: Camino a Nueva Aldea km 8	PSČ:	Tel.: 602 725 196
Druh lihu/kategorie destilátu: Ovocný destilát - hruškovice	Množství v litrech 100% etanolu: 18 075 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: N3/8/13	
Země původu lihu, destilátu: Chile	Dodavatel: R. JELINEK L.A.-S.A.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových): 72,3	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 7 560	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 45322/2013	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 15.08.2013	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Ing. Martin Déva	E-mail: deva@rjelinek.cz	Tel.: 00569 823 88 56	
Datum: 19.08.2013	Otisk razítka: R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 45322/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 27424
Přijem vzorku : 8.8.2013 13:30
Vyšetření vzorku : 8.8.2013 - 15.8.2013
Číslo jednací : ZU/24413/2013
Číslo spisu : S-ZU/24413/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300281

Vzorek číslo : 83664
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Williams destilát - 72,3 % obj. alk. N3/8/13
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	7560	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	72,3	% obj.	A	SOP OV 108 ^s	±0.7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
(^s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Chocová Jana
Počet stran: 1
Dne: 15.8.2013



RNDr. Vladimír Sázal
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

č.

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 76.006.183-2	
R. JELINEK L.A.-S.A.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Quillión, Chile	Ulice/č.p.: Camino a Nueva Aldea km 8	PSČ:	Tel.: 602 725 196
Druh lihu/kategorie destilátu: Ovocný destilát - hruškovice	Množství v litrech 100% etanolu: 18 075 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: N3/8/13	
Země původu lihu, destilátu: Chile	Dodavatel: R. JELINEK L.A.-S.A.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových): 72,3	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 7 560	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 45322/2013	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 15.08.2013	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Ing. Martin Déva	E-mail: deva@rjelinek.cz	Tel.: 00569 823 88 56	
Datum: 19.08.2013	Otisk razítka: R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 45322/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 27424
Přijem vzorku : 8.8.2013 13:30
Vyšetření vzorku : 8.8.2013 - 15.8.2013
Číslo jednací : ZU/24413/2013
Číslo spisu : S-ZU/24413/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300281

Vzorek číslo : 83664
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Williams destilát - 72,3 % obj. alk. N3/8/13
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	7560	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	72,3	% obj.	A	SOP OV 108 ^s	±0.7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
(^s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Chocová Jana
Počet stran: 1
Dne: 15.8.2013



RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz